

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 134/7
Датум: 01.03.2018. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 5/2018
- набавка лабораторијских уређаја за потребе Факултета -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 27.02.2018. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-134/5 од 27.02.2018. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

„Poštovani,

У JNMV 05/18, да ли је прихватљиво понудити у партију 1. За ставку 1.1. – Vakuум упаривач:
Димензије купатила (ŠxVxD) : 285x219x326 mm
Које задовољава остале карактеристике даје у спецификацији?“

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

У делу *III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ* Конкурсне документације дефинисане су минималне техничке карактеристике које понуђена добра морају задовољити. За ставку 1.1 – Вакуум упаривач, уколико понуђено водено купатило задовољава карактеристике у погледу радне запремине и температурних параметара (рад са балоном запремине до 4L и температурни опсег до 220°C), ПРИХВАТЉИВО је понудити водено купатило димензија које се не поклапају са траженим.

Комисија за јавну набавку:

1. др Зоран Матовић
2. Небојша Ђусић
3. Владимир Димитријевић

