

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 134/10
Датум: 01.03.2018. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 5/2018
- набавка лабораторијских уређаја за потребе Факултета -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 01.03.2018. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-134/8 од 01.03.2018. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

„Poštovani,

Povodom javne nabavke 5/2018 laboratorijski uređaji dostavljam vam sledeća pitanja:

Partija 1.

Stavka 1.2 Kako bi obezbedili veću konkurentnost na javnoj nabavci, da li je prihvatljivo ponuditi magnetnu mešalicu sa grejačem sledećih sličnih karakteristika traženim i to:

- opseg brzine 200 – 2200 rpm
- tačnost kontrole brzine +/- 1 rpm
- snaga grejanja 600 W
- temperaturni opseg sobna temperatura do 350 C
- tačnost podešavanja +/-1C
- temperaturna preciznost kontrole +/- 5 %
- veličina platforme 180x180 mm

*u svim ostalim zahtevima identično traženom

Stavka 1.3 Kako bi obezbedili veću konkurentnost na javnoj nabavci, da li je prihvatljivo ponuditi mini centrifugu sledećih sličnih karakteristika traženim i to:

- dimenzije (šxdxv) 162x157x116 mm
- težina 1100 g
- rotor umesto 6 mesta poseduje 8 mesta za tube 1,5/2,0 ml

*u svim ostalim zahtevima identično traženom

Partija 2.

Stavka 3.1 Kako bi obezbedili veću konkurentnost na javnoj nabavci, da li je prihvatljivo ponuditi mini centrifugu sledećih sličnih karakteristika traženim i to:

- dimenzije (šxdxv) 162x157x116 mm
- težina 1100 g
- rotor umesto 6 mesta poseduje 8 mesta za tube 1,5/2,0 ml

*u svim ostalim zahtevima identično traženom“

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

У делу *III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ* Конкурсне документације

дефинисане су минималне техничке карактеристике које понуђена добра морају задовољити.

За ставку 1.2 – Магнетна мешалица са грејачем, НИЈЕ ПРИХВАТЉИВО понудити магнетну мешалицу која има опсег брзина 200-2200 гртм и грејач од 600 W, јер је кориснику потребна минимална брзина мешања од 100 гртм и грејач од 800 W;

За ставку 1.3 – Мини центрифуга, ПРИХВАТЉИВО је понудити мини центрифугу која има већи број места за тубе од траженог, а која по димензијама мало одступа од захтеване, уколико је по осталим карактеристикама идентична захтеваној;

За ставку 3.1 – Мини центрифуга, ПРИХВАТЉИВО је понудити мини центрифугу која има већи број места за тубе од траженог, а која по димензијама мало одступа од захтеване, уколико је по осталим карактеристикама идентична захтеваној.

Комисија за јавну набавку:

1. др Зоран Матовић
2. Небојша Ђусић
3. Владимир Димитријевић



The image shows a blue circular official stamp of the Public Procurement Commission. To the right of the stamp, there are three horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures correspond to the names listed in the adjacent list: Zoran Matović, Nebojša Đusić, and Vladimir Dimitrijević.