

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 783/13
Датум: 12.09.2016. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 20/2016
- набавка потрошног лабораторијског материјала за потребе Факултета -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 08.09.2016. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-783/11 од 08.09.2016. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

“Poštovani,

Molila bih Vas za dodatna pojašnjenja za javnu nabavku 20/2016, laboratorijski potrošni materijal

Partija br.3 laboratorijski pribor od plastike za sledeće stavke:

- Stavka br. 3.18: Na koje mikrotube ste mislili na mikrocentrifuške ili krio tube. Ako ste mislili na mikrocentrifuške tube da li je prihvatljivo ponuditi stalak sa 84 mesta, a ukoliko ste mislili na krio tube da li je prihvatljivo ponuditi stalak sa 81 mestom?
- Stavka br. 3.19: Za koliko mesta Vam treba stalak za PCR tube od 0,2ml?
- Stavka br. 3.40: Molimo Vas da epruvete 25ml 54x27PS izuzmete iz partije 3 u zasebnu partiju sobzirom da samo jedan ponuđač može da ih ponudi, a samim tim drugi ponuđači nisu u mogućnosti da učestvuju za datu partiju.

Pitanja za partiju 4 laboratorijski pomoćni I potrošni materijal:

- Stavka br.4.3: Da li je prihvatljivo ponuditi metalni prsten $\varnothing 75\text{mm}$?
- Stavka br.4.22: Kako bismo Vam ponudili odgovarajući ph-metar molimo Vas da nam napišete kataloški broj ili još neke karakteristike?
- Stavka br.4.32: Kutija od kartona za 100 mesta za koju zapreminu krio tuba Vam treba od 1,2ml,2ml,3ml,4ml ili 5ml i koje visine da bude kutija od 32mm,50mm,75mm,100mm ili 130mm?”

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

- За позицију 3.18 у оквиру Партије 3 тражене су микроцентрифушке микротубе и прихватљиво је понудити сталак капацитета 84 микротубе;
- За позицију 3.19 у оквиру Партије 3 потребно је понудити сталак за PCR тубе са 96 места;
- За позицију 3.40 у оквиру Партије 3 Наручилац је приликом истраживања тржишта прибавио информацију о цени и могућности набавке од најмање 2 понуђача. Сходно томе формирана је Партија 3 Лабораториски прибор од пластике на начин дефинисан у

Конкурсној документацији, а имајући у виду начело јавне набавке о обезбеђивању конкуренције;

- За позицију 4.3 у оквиру Партије 4 тражи се метални прстен пречника 75мм. Уколико понуђач није у могућности да понуди наведени метални прстен, могуће је понудити метални прстен прве веће димензије, с тим што у Обрасцу структуре цене то мора јасно да неведе у колони Опис и карактеристике;
- За позицију 4.22 у оквиру Партије 4 тражи се ручни Ph-метар са LCD екраном за приказ читавања, прецизности 0,01 Ph;
- За позицију 4.32 у оквиру Партије 4 прихватљиво је понудити крио кутију висине 50 mm која одговара крио тубама запремине 2 ml.

Комисија за јавну набавку:

1. др Марина Топузовић
2. Небојша Ђусић
3. Владимир Димитријевић
- 3а др Снежана Симић
5. др Олгица Стефановић



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and on lines to the right]