

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 134/6
Датум: 01.03.2018. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 5/2018
- набавка лабораторијских уређаја за потребе Факултета -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 27.02.2018. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-134/4 од 27.02.2018. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

“Poštovani,

Molimo Vas da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odgovorite na sledeća pitanja:

За партију 1. ставка 3.

Да ли је одговарајуће понудити:

Mini centrifugu

maksimalne brzine 6000 obrtaja/min

Maksimalno relevantno centrifugalno polje 2000 x g

Dimenzije 132x155x110 mm

Tezina 750 grama

Napajanje 220V, 50/60Hz

Standardni rotor za mikrotube 8x1,5/2,0ml

Centrifuga sadrzi adapter za mikrotube 8x0,5 ml i 8x0,4ml

Centrifuga sadrži rotor za trake 0,2 ml 4x 8 mesta

За партију 3:

Да ли је одговарајуће понудити:

Mini centrifugu

maksimalne brzine 6000 obrtaja/min

Maksimalno relevantno centrifugalno polje 2000 x g

Dimenzije 132x155x110 mm

Tezina 750 grama

Napajanje 220V, 50/60Hz

Standardni rotor za mikrotube 8x1,5/2,0ml

Centrifuga sadrzi adapter za mikrotube 8x0,5 ml i 8x0,4ml.”

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

У делу *III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ* Конкурсне документације дефинисане су минималне техничке карактеристике које понуђена добра морају задовољити. Добра наведена у Захтеву за појашњење задовољавају тражене минималне техничке

карактеристике и имају роторе за већи број места за микротубе и траке од траженог. Сходно томе, ПРИХВАТЉИВО је понудити мини центрифуге наведених карактеристика за позиције 1.3 и 3.1.

Комисија за јавну набавку:

1. др Зоран Матовић
2. Небојша Ђусић
3. Владимир Димитријевић

