

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 134/11
Датум: 01.03.2018. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 5/2018
- набавка лабораторијских уређаја за потребе Факултета -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 01.03.2018. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-134/9 од 01.03.2018. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

„Poštovani,

Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja:

Partija 3 – Mini-centrifuga

1. Tražena je mini-centrifuga dimenzija (ŠxDxV): 130 x 150 x 120 mm. Da li je prihvatljivo ponuditi mikro-centrifugu dimenzija (ŠxDxV):162 x 157 x 115 mm ?
2. Tražen je standardni rotor za mikrotube 6 x 1.5/2.0 ml. Da li je prihvatljivo ponuditi standardni rotor za mikrotube 8 x 1.5/2.0 ml ?
3. Traženo da je datežina bude 494 g. Da li je prihvatljivo da se ponudi centrifuga težine 1.1 kg ?“

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

У делу *III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ* Конкурсне документације дефинисане су минималне техничке карактеристике које понуђена добра морају задовољити.

За ставку 3.1 – Мини центрифуга, ПРИХВАТЉИВО је понудити мини центрифугу наведених карактеристика, тј. која има стандардни ротор са већим бројем места за тубе од траженог, а која по димензијама мало одступа од захтеване (димензије 162 x 157 x 115 mm и тежине 1,1kg), уколико је по осталим карактеристикама идентична захтеваној.

Комисија за јавну набавку:

1. др Зоран Матовић
2. Небојша Ђусић
3. Владимир Димитријевић

