

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 134/13
Датум: 05.03.2018. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 5/2018
- набавка лабораторијских уређаја за потребе Факултета -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 02.03.2018. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-134/12 од 02.03.2018. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

„Poštovani,

Molim Vas da mi odgovorite na sledece pitanje:

Partija 1, Stavka 3 I partija 3:

Da li je dozvoljeno ponuditi centrifuge sa maksimalnim brojem obrtaja 7000rpm, sto je bolje od trazenog, maksimalnim centrifugalnim poljem 2680 x g bolje od trazenog, sa rotorom sa 8 mesta, dimenzijama 160x170x122mm?“

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

У делу *III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ* Конкурсне документације дефинисане су минималне техничке карактеристике које понуђена добра морају задовољити. Добра наведена у Захтеву за појашњење задовољавају тражене минималне техничке карактеристике с обзиром да имају карактеристике боље оа захтеваних. Сходно томе, ПРИХВАТЉИВО је понудити мини центрифуге наведених карактеристика за позиције 1.3 и 3.1.

Комисија за јавну набавку:

1. др Зоран Матовић
2. Небојша Ђусић
3. Владимир Димитријевић

