

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 446/6
Датум: 29.08.2019. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 16/2019
- набавка потрошног лабораторијског материјала за наставне и
научно-истраживачке потребе -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 28.08.2019. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-446/4 од 28.08.2019. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

“Poštovani

Vežano za javnu nabavku 16/19 Potrošni laboratorijski materijal

ПАРТИЈА 8 – Мембрански филтери

1. Filtropur S 0.2 μm , saje Spric filter, PES, dijametra 25 mm, veličina pora 0,2 μm , 100/1 Prat Dumas SPES2520S ili odgovarajući pak. 2 --sterilan ili ne?

3. Syringe филтер, плави, стерилан, величина пора 0.20 μm , паковање од 50 комада пак. 1-----membrana je šta: NY, PTFE, PVDF, PES, Celulose acetat, MCE i koji je diameter syringa?

4 Syringe филтер, жути, стерилан, величина пора 0.45 μm , паковање од 50 комада пак. 1-----membrana je šta: NY, PTFE, PVDF, PES, Celulose acetat, MCE i koji je diameter syringa?

ПАРТИЈА 9 – Филтер папир

9.3 Kvalitativni filter papir u tabaku 58x58cm, 70g/m2 -----može li da se ponudi kao adekvatan 55x55 70g/m2?”

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

- За ставку 8.1 - Filtropur S 0.2 μm , saje Spric filter, PES, dijametra 25 mm, veličina pora 0,2 μm , 100/1 Prat Dumas SPES2520S ili odgovarajući у оквиру Партије 8 - Мембрански филтери, потребно је понудити **стерилан мембрански филтер**.

- За ставку 8.3 - Syringe филтер, плави, стерилан, величина пора 0.20 μm , паковање од 50 комада у оквиру Партије 8 - Мембрански филтери, потребно је понудити шприц филтер **пречника 25-26 mm са хидрофилном целулозно-ацетатном мембраном са минималном апсорпцијом**.

- За ставку 8.4 - Syringe филтер, жути, стерилан, величина пора 0.45 μm , паковање од 50 комада у оквиру Партије 8 - Мембрански филтери, потребно је понудити шприц филтер **пречника 25-28 mm са хидрофилном целулозно-ацетатном мембраном са минималном апсорпцијом**.

- За ставку 9.3 - Kvalitativni filter papir u tabaku 58x58cm, 70g/m2 у оквиру Партије 9 - Филтер папир, **прихватљиво је** понудити одговарајући квалитативни филтер папир у табаку димензија 55x55 cm 70g/m2.

Комисија за јавну набавку:

1. др Милан Станковић

2. Биљана Пауновић

3. Владимир Димитријевић

