

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 446/13
Датум: 30.08.2019. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 16/2019
- набавка потрошног лабораторијског материјала за наставне и
научно-истраживачке потребе -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 29.08.2019. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-446/11 од 29.08.2019. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

“Poštovani molim Vas za odgovor u vezi jn 16/2019

Партија 1: Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ
1.20 Levak Ø 30 cm, dužina cevi 45 cm
питање: Da li možemo ponuditi
Levak Ø 30 cm, dužina cevi 48 cm

Партија 2: Лабораторијски прибор од стакла за ИХ
2.27 Cilindrični levak za dokapavanje sa povratnom cevi NŠ14,5 od 50 ml Teflonska slavina
питање: Da li možemo ponuditi
Cilindrični levak za dokapavanje sa povratnom cevi NŠ19/26 od 50 ml Teflonska slavina

Партија 5: Метални прибор
5.3 Pinceta hirurška sa oštrim pravim vrhom, 300 mm
питање: Da li možemo ponuditi
Pinceta hirurška sa tupim pravim vrhom, 300 mm

Партија 6: Помоћни лабораторијски материјал
6.13 Magnet za laboratorijsku mešalicu 13x3 cm
питање: Da li možemo ponuditi
Magnet za laboratorijsku mešalicu fi 8mm x L=3 cm

Hvala i srdačan pozdrav”

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама,
Комисија даје следећи

ОДГОВОР

- За ставку 1.20 - Levak Ø 30 cm, dužina cevi 45 cm у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, **прихватљиво је** понудити левак Ø 30 cm, дужина цеви 48 cm.

- За ставку 2.27 - Cilindrični levak za dokapavanje sa povratnom cevi NŠ14,5 od 50 ml Teflonska slavina у оквиру Партије 2 - Лабораторијски прибор од стакла за ИХ, **није прихватљиво** понудити цилиндрични левак за докапавање са повратном цеви NŠ19/26 од 50 ml са тefлонском славином.

- За ставку 5.3 - Pinceta hirurške sa oštrim pravim vrhom, 300 mm, у оквиру Партије 5 - Метални прибор, **није прихватљиво** понудити хирушку пинцету са тупим правим врхом.

- За ставку 6.13 - Magnet za laboratorijsku mešalicu 13x3 cm у оквиру Партије 6 - Помоћни лабораторијски материјал, **није прихватљиво** понудити магнет за лабораторијску мешалицу Ø 8mm x L=3 cm.

Комисија за јавну набавку:

1. др Милан Станковић

2. Биљана Пауновић

3. Владимир Димитријевић

