

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 446/15
Датум: 30.08.2019. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 16/2019
- набавка потрошног лабораторијског материјала за наставне и научно-истраживачке потребе -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 30.08.2019. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-446/14 од 30.08.2019. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

“PITANJA ZA JNMV 16/2019

PARTIJA 1

1. stavka 1.1 – da li se moze ponuditi epruveta bacto 100x16 mm?
2. stavka 1.2 – da li se moze ponuditi epruveta bacto 160x16 mm?
3. stavka 1.4 - da li se moze ponuditi epruveta bacto 100x13 mm?
4. stvaka 1.8 – da li se moze ponuditi casa NF 400 ml ili 250 ml?
5. stavka 1.28 – kakav zatvarac treba da bude-stakleni, plasticni...da li je u pitanju bocica sa navojem?

PARTIJA 2

6. stavka 2.9 – da li se moze ponuditi precnik levka 55 mm?
7. stavka 2.10 - da li se moze ponuditi levak fi 80 mm sa slifom 14/23?
8. stavka 2.17 – da li se moze ponuditi reagens boca 120 ml?
9. stavka 2.33 – da li se moze ponuditi tucak 115 mm?
10. stavka 2.34 – da li treba ponuditi pipete po Pasteru duzine 150 ili 225 mm?”

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

- За ставку 1.1 - Epruveta bakto, 100 mm x 15 mm, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, **прихватљиво је** понудити епрувете bacto 100x16 mm.

- За ставку 1.2 - Epruveta bakto, 160 mm x 15 mm, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, **прихватљиво је** понудити епрувете bacto 160x16 mm.
- За ставку 1.4 - Epruveta bakto, 14 x 100 mm, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, **прихватљиво је** понудити епрувете bacto 100x13 mm.
- За ставку 1.8 - Čaša laboratorijska NF 300 ml, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, **прихватљиво је** понудити лабораторијску чашу од **400 ml**.
- За ставку 1.28 - Бочица за узорке са затварачем, широко грло, стаклена, запремина 10-15 ml, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, потребно је понудити бочице **са пластичним затварачем без навоја**.
- За ставку 2.9 - LEVAK ZA BRZO CEDJENJE (kvantitativni) Ø 50mm, duga cev, у оквиру Партије 2 - Лабораторијски прибор од стакла за ИХ, **прихватљиво је** понудити квантитативни левак за брзо цеђење Ø 55 mm.
- За ставку 2.10 - Levak za čvrste supstance sa šlifom NŠ 29, у оквиру Партије 2 - Лабораторијски прибор од стакла за ИХ, **није прихватљиво** понудити левак Ø 80 mm sa slifom 14/23.
- За ставку 2.17 - Reagens boca sa šlifovanom pipetom bela 100 ml, у оквиру Партије 2 - Лабораторијски прибор од стакла за ИХ, **прихватљиво је** понудити реагенс боцу са шлифованом пипетом, белу, 120 ml
- За ставку 2.33 - Тучак 100mm, у оквиру Партије 2 - Лабораторијски прибор од стакла за ИХ, **није прихватљиво** понудити тучак од 115 mm.
- За ставку 2.34 - Pasterove pipete, у оквиру Партије 2 - Лабораторијски прибор од стакла за ИХ, потребно је понудити пипете по Пастеру **дужине 150 mm**.

Комисија за јавну набавку:

1. др Милан Станковић
2. Биљана Пауновић
3. Владимир Димитријевић

