

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 665/7
Датум: 11.12.2019. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 23/2019
- набавка лабораторијских уређаја за наставне и научно-истраживачке потребе -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 09.12.2019. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-665/9 од 09.12.2019. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

“Poštovani,

Обраћамо Вам се са питањима везано за јавну набавку – набавка лабораторијских уређаја 23/2019.

Partija 1:

За прву ставку партије 1 Обзиром да је тражено да минималне технике карактеристике буду капацитет мењања 3000ml, да ли је дозвољено понудити капацитет мењања до 20 литара, са прецизношћу podešavanja brzine боље од траженог ± 1 rpm, уколико су остале карактеристике из захтева задовољене или боље од тражених. Да ли је дозвољено понудити LCD display, јер величина display-а на мешалицама је мали и разлике у display-у су занемарљиве.

Ставка 2: да ли је дозвољено понудити мешалицу опсега брзина до 1500rpm, са грејном кружном плочом величине 155 mm, опсега temperature до 370C, заштитом IP42 и снаге 630W?

Partija 2: да ли је дозвољено понудити мешалицу која у потпуности задовољава све тражене карактеристике са опsegом temperature до 550C и капацитетом мењања до 20 литара?

Partija 5: Ставка 2, да ли је дозвољено понудити мешалицу препоручене количине мењања до 20 литара, опсега брзине 0-1500rpm, грејна плоча отпорна на hemikalije, без digitalnog display-а, величине грејне плоче 155mm, опsegом temperature до 370C, снаге 630W?

Partija 7: да ли је дозвољено понудити Ph/konduktometar опсега Ph 0-14 (сто и јесу вредности Ph), orp ± 1000 Mv?”

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Партија 1:

- За ставку под редним бројем 1.1 Магнетна мешалица ТИП 1 ПРИХВАТЉИВО је понудити магнетну мешалицу предложених карактеристика, уколико су и остале карактеристике у складу са минималним траженим карактеристикама из Конкурсне документације,
- За ставку под редним бројем 1.2 Магнетна мешалица ТИП 2 ПРИХВАТЉИВО је понудити магнетну мешалицу предложених карактеристика, уколико су и остале карактеристике у складу са минималним траженим карактеристикама из Конкурсне документације.

Партија 2: За ставку под редним бројем 1.2 Магнетна мешалица ТИП 3 ПРИХВАТЉИВО је понудити магнетну мешалицу предложених карактеристика, уколико су и остале карактеристике у складу са минималним траженим карактеристикама из Конкурсне

документације.

Партија 5: За ставку под редним бројем 5.2 Магнетна мешалица ТИП 5 ПРИХВАТЉИВО је понудити магнетну мешалицу предложених карактеристика, уколико су и остале карактеристике у складу са минималним траженим карактеристикама из Конкурсне документације

Партија 7: За ставку под редним бројем 7.1 Комбиновани рН-метар/кондуктометар ПРИХВАТЉИВО је понудити уређај предложених карактеристика, уколико су и остале карактеристике у складу са минималним траженим карактеристикама из Конкурсне документације

Комисија за јавну набавку:

1. др Јована Богојески

2. Небојша Ђусић

3. Владимир Димитријевић



Ј. Богојески
Н. Ђусић
В. Димитријевић