

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 446/19
Датум: 30.08.2019. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 16/2019
- набавка потрошног лабораторијског материјала за наставне и
научно-истраживачке потребе -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 30.08.2019. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-446/18 од 30.08.2019. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

“Poštovani,

Обраћамо Вам се са захтевом за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара-потрошног лабораторијског материјала, број 16/2019 за следеће ставке:

Partija 1:

Ставка 1.1-да ли је прихватљиво понудити епрувете 100x16mm?

Ставка 1.2-да ли је прихватљиво понудити епрувете 160x16mm?

Ставка 1.8-да ли је прихватљиво понудити чаše од 400ml?

Ставка 1.21-Опис и карактеристике траженог артикла се не поклапају са датим каталошким бројем. Наиме, тражили сте виеle са равним дном I пластичним навојним затвараčem, а дат је каталошки број виеle са равним дном без навоја. Молимо Вас да промените или карактеристике или каталошки број, како бисмо знали шта Вам је потребно.

Ставка 1.25-Молим Вас да наведете димензије авана I туčka.

Ставка 1.28-Молим Вас да нам појасните какве боčице су Вам потребне? Да ли је стаклени или пластични затварач, или да упишете каталошки број траженог добра.

Partija 2:

Ставка 2.10-Молим Вас да прецизирате димензије levka.

Ставка 2.34-Која је запремина тражених Paster pipeta?

Ставка 2.35-Молим за прецизнији опис траженог добра, или каталошки број.

Partija 3:

Ставке 3.1, 3.2, 3.3-Молим за каталошки број тражених добара.

Ставка 3.7-Молим за прецизније информације или каталошки број.

Partija 6:

Ставка 6.11-Магнети димензија 30x6cm не постоје, те Вас молимо да проверите I промените димензије у конкурсној документацији.

Ставка 6.12-Магнети димензија 8x4cm не постоје, те Вас молимо да проверите I промените димензије у конкурсној документацији.

Ставка 6.13-Магнети димензија 13x3cm не постоје, те Вас молимо да проверите I промените димензије у конкурсној документацији.

Stavka 6.14-Magneti dimenzija 20x6cm ne postoje,te Vas molimo da proverite I promenite dimenzije u konkursnoj dokumentaciji.

Partija 7:

Stavka 7.5-Da li je prihvatljivo ponuditi nesterilne ali autoklavibilne nastavke?

Molim Vas da potvrdite prijem mail-a”

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

- За ставку 1.1 - Epruveta bakto, 100 mm x 15 mm, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, **прихватљиво је** понудити епрувете бакто 100x16 mm.

- За ставку 1.2 - Epruveta bakto, 160 mm x 15 mm, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, **прихватљиво је** понудити епрувете бакто 160x16 mm.

- За ставку 1.8 - Čaša laboratorijska NF 300 ml, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, **прихватљиво је** понудити лабораторијску чашу од 400 ml.

- За ставку 1.21- Staklene vialе 10 ml, sa ravnim dnom i plastičnim navojnim zatvaračem (kataloski broj 20091405 ili odgovarajući), у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, потребно је понудити стаклену вијалу произвођача Labbox каталоски број SVSN-C13-195 или одговарајуће.

- За ставку 1.25 - Porcelanski avan sa tučkom, 150 ml, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, потребно је понудити порцелански аван запремине 150 ml са припадајућим тучком.

- За ставку 1.28 - Бочица за узорке са затварачем, широко грло, стаклена, запремина 10-15 ml, у оквиру Партије 1 - Лабораторијски прибор од стакла за ИБЕ, потребно је понудити боцице **са пластичним затварачем без навоја**.

- За ставку 2.10 - Levak za čvrste supstance sa šlifom NŠ 29, у оквиру Партије 2 - Лабораторијски прибор од стакла за ИХ, потребно је понудити левак са шлифом NŠ 29.

- За ставку 2.34 - Pasterove pipete, у оквиру Партије 2 - Лабораторијски прибор од стакла за ИХ, потребно је понудити пипете по Пастеру **дужине 150 mm**.

- За ставку 2.35 - Kapilare TLC 5 µl, у оквиру Партије 2 - Лабораторијски прибор од стакла за ИХ, потребно је понудити капиларе произвођача Brand каталоски број BR709107 или одговарајући.

- За ставку 3.1 - Plastične teglice, sa navojnim poklopcem, oznaka N/250, netransparentne, nesterilne, zapremine od 200-250 ml, visina 117 mm, prečnik 60 mm, otvor grla 45 mm, у оквиру Партије 3 - Лабораторијски прибор од пластике, Лабораторијски прибор од пластике, потребно је понудити пластичне теглице произвођача Хемотехна Суботица Н/250 или одговарајуће.

- За ставку 3.2 - Plastična PET tegla sa navojnim poklopcem, transparentna, 75 ml, visina 66 mm, prečnik 45 mm, širina navoja 36 mm, у оквиру Партије 3 - Лабораторијски прибор од пластике, Лабораторијски прибор од пластике, потребно је понудити добро произвођача Вупласт Горњи Милановац или одговарајуће.

- За ставку 3.3 - Plastična PET tegla sa navojnim poklopcem, transparentna, 500 ml, visina 102 mm, prečnik 80 mm, širina navoja 65 mm, у оквиру Партије 3 - Лабораторијски прибор

од пластике, Лабораторијски прибор од пластике, потребно је понудити добро произвођача Вупласт Горњи Милановац или одговарајуће.

- За ставку 3.7 - Modlice, 15x15x15 mm 12/1, у оквиру Партије 3 - Лабораторијски прибор од пластике, Лабораторијски прибор од пластике, потребно је понудити модлице произвођача Bio Optica каталошки број 07-BM15155 или одговарајуће.

- За ставку 6.11 - Magnet за laboratorijsku mešalicu 30x6 cm, у оквиру Партије 6 - Помоћни лабораторијски материјал, дошло је до техничке грешке, потребно је понудити магнет за лабораторијску мешалицу димензија 30x6 mm произвођача LLG каталошки број 9198930 или одговарајући.

- За ставку 6.12 - Magnet за laboratorijsku mešalicu 8x4 cm, у оквиру Партије 6 - Помоћни лабораторијски материјал, дошло је до техничке грешке, потребно је понудити магнет за лабораторијску мешалицу димензија 40x8 mm произвођача LLG каталошки број 9198940 или одговарајући.

- За ставку 6.13 - Magnet за laboratorijsku mešalicu 13x3 cm, у оквиру Партије 6 - Помоћни лабораторијски материјал, дошло је до техничке грешке, потребно је понудити магнет за лабораторијску мешалицу димензија 13x3 mm произвођача LLG каталошки број 9198766 или одговарајући.

- За ставку 6.11 - Magnet за laboratorijsku mešalicu 20x6 cm, у оквиру Партије 6 - Помоћни лабораторијски материјал, дошло је до техничке грешке, потребно је понудити магнет за лабораторијску мешалицу димензија 20x6 mm произвођача LLG каталошки број 9198920 или одговарајући.

- За ставку 7.5 - Nastavci za pipetu 5 ml 1000/1, sterilni, Thermo MBP ili odgovarajući, у оквиру Партије 7 - Аутоматске пипете и наставци, **није прихватљиво** понудити нестерилне неаставке који се могу стерилисати/аутоклавирати.

Комисија за јавну набавку:

1. др Милан Станковић

2. Биљана Пауновић

3. Владимир Димитријевић



[Handwritten signatures over the stamp:]
M. Stanković
B. Pauković
V. Dimitrijević