

Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 665/5
Датум: 09.12.2019. године
Крагујевац

Комисија за јавну набавку ЈН 23/2019
- набавка лабораторијских уређаја за наставне и научно-истраживачке потребе -

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 05.12.2019. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-665/4 од 05.12.2019. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

“Poštovani,
obracam Vam se u vezi javne nabavke broj 23/2019. U partiji 1 i 2, za magnetene mesalice TIP1 i TIP2 je navedeno da je grejna ploca okrugla. Da li je adekvatno ponuditi keramicku i vecu grejnu ploču. Kako bi se povecao kvalitet i konkurentnost smatramo da je bolja veca ploča jer ima bolje performanse.”

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

ОДГОВОР

Предмет јавне набавке у поступку ЈНМВ 23/2019 је одређен тако да задовољи потребе Наручиоца у погледу свих техничких и технолошких параметара и начина употребе предмета јавне набавке. У том смислу, извршена је подела предмета набавке у Партије како би се повећала конкурентност понуђача, уз истовремено поштовање потреба Наручиоца.

У Партијама 1 и 2, за магнетне мешалице ТИП1 и ТИП2, наведено је да облик грејне плоче треба да буде округао и од нерђајућег челика, како би понуђена добра могла да испуне захтеве Наручиоца у погледу начина употребе у конкретним лабораторијама, као и захтеве у погледу компатибилности са већ постојећом опремом која се користи у истим. Стога НИЈЕ прихватљиво понудити керамичку грејну плочу другачијег облика од траженог за наведене ставке.

Комисија за јавну набавку:

1. др Јована Богојески
2. Небојша Ђусић
3. Владимир Димитријевић

