

Универзитет у Крагујевцу  
**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ**  
Број: 739/15  
Датум: 19.08.2016. године  
Крагујевац

**Комисија за јавну набавку ЈН 15/2016**  
**- набавка микроскопа за потребе Факултета -**

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде**

Потенцијални понуђач доставио је захтев (примљен електронском поштом 16.08.2016. године и заведен код Наручиоца под дел. бр. 01-739/10 од 16.08.2016. године) за додатним појашњењем следеће садржине:

“ Јавна набавка број 15/2016  
Београд, 16.08.2016.  
Упит за појашњењем конкурсне документације

Ставка р. бр. 3.- Тринокуларни микроскоп са додацима

ПИТАЊЕ 1: Да ли је прихватљиво понудити објективе EF-N Plan 4x, 10x, 40x(опруга), 100x (опруга, имерзија) уместо објектива EC PL 4x, 10x, 40x(опруга), 100x(опруга, имерзија)?

ПИТАЊЕ 2: Да ли је прихватљиво понудити за додатне објективе EF-N Plan 20x/0.40 и EF-N Plan 60x/0.85 (опруга) уместо CCIS Plan ахроматских објектива 20x/0.45 и 60x/0.80(опруга)?

ПИТАЊЕ 3: Да ли је прихватљиво понудити за фазне објективе EF-N Plan phase 10x/0.25 и EF-N Plan phase 40x/0.65(опруга) уместо фазних објектива COS EC-H PL Ph 10x/0.25(positive) I COS EC-H PL Ph 40x/0.65(positive)?

ПИТАЊЕ 4: Да ли је прихватљиво понудити слајдер за тамно поље (10x-40x) уместо основног тамног поља (4x-40x)?”

У вези са свим напред наведеним, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама, Комисија даје следећи

**ОДГОВОР**

За позицију бр. 3 Тринокуларни микроскоп са додацима:

1. Није прихватљиво понудити микроскоп са објективима EF-N Plan 4x, 10x, 40x (опруга), 100x (опруга, имерзија) јер то не одговара траженим минималним спецификацијама из техничке документације. Наручилац набавља микроскопе за потребе напредних биолошких истраживања за које је потребно набавити микроскопе са објективима који имају веће радне дистанце и дају оштрију слику.
2. Није прихватљиво понудити микроскоп са додатним објективима EF-N Plan 20x/0.40 и EF-N Plan 60x/0.85(опруга) јер то не одговара траженим минималним спецификацијама из техничке документације. Наручилац набавља микроскопе за потребе напредних биолошких истраживања за које је потребно набавити микроскопе са објективима који имају веће радне дистанце и дају оштрију слику.
3. Није прихватљиво понудити микроскоп са фазним објективима EF-N Plan phase 10x/0.25

и EF-N Plan phase 40x/0.65(опруга). Наручилац набавља микроскопе за потребе напредних биолошких истраживања за које је потребно набавити микроскопе са објективима који имају веће радне дистанце и дају оштрију слику.

4. Није прихватљиво понудити микроскоп са слајдером за тамно поље 10x-40x јер то не одговара траженим минималним спецификацијама из техничке документације (основно тамно поље 4x-40x).

Комисија за јавну набавку:

1. др Бранислав Поповић
2. Небојша Ђусић
3. Мирјана Јовановић

